



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	DMC.TL.03
Yayın Tarihi	30.05.2023
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. AMAÇ: Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM: Fakültemiz Araştırma Laboratuvarında bulunan "ETÜV" cihazının kullanımını kapsar.

3. KISALTMALAR: Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

4. TANIMLAR:

- Çalışma sıcaklığı sınırları +5,0°C ile 80,0°C arasındadır.
- Doğal ısı döngüsü ile ısıtma sistemine sahiptir.
- 1 dakika - 99,9 saat ve süresiz çalışma şeklinde zamanlanabilir. Yapılan program üzerinde istenilen zamanda başlatmayı erteleme özelliğine sahiptir.
- Toplam hacmi 44 litre olacak şekilde 2 rafı olarak kullanılmaktadır.
- Çalışmaların ihtiyaç duyduğu üst düzey inkübasyon koşullarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Numunelerin ihtiyacı olan kararlı ortam sıcaklığı programlanabilir N-Prime™ kontrol sistemi ile sağlanmaktadır.
- Sistem, sıcaklık dalgalanmalarını engellemekte ve kapının açılıp kapanmasından sonra sıcaklık geri kazanımlarının en hassas şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

5. SORUMLULAR: Cihaz Sorumlusu

6. FAALİYET AKIŞI:

1. Cihazın kapağı açılarak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
2. Cihaz elektrik prizine takılır.
3. Cihazın düğmesi açılarak çalıştırılır.
4. Ulaşılmak istenen sıcaklık değeri çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
5. LCD panelden başlatma düğmesine basılarak cihazın ısınması başlatılır.
6. Sıcak numuneler cihazdan alınırken mutlaka metal maşa veya uygun eldiven kullanılmalıdır.
7. Cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra temizlenmelidir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Firma tarafından temin edilmiş cihaza ait ürün kataloğu.

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.