



EGE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE
BULUNAN TIBBİ CİHAZLARIN TEMİZLİĞİ
TALİMATI**

Doküman Kodu	SSH.TL.11
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 3

- AMAÇ:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) bulunan cihazların sağlıklı kullanımını sağlamak, olası mikroorganizmaları uzaklaştırmak, cihazın performansını arttırmaktır.
- KAPSAM:** MSÜ'de bulunan tıbbi cihazları kapsar.
- KISALTMALAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde: MSÜ
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Temizlik Personeli

6. FAALİYET AKIŞI:

MSÜ genel temizliği "**Genel Temizlik Talimatı**" doğrultusunda yapılır.

Dezenfektör cihazın temizliği:

Gerekli malzemeler: Ilık su, deterjan, yumuşak bez, ön temizleme bezi, metal parlaticı

- Dezenfektör cihazın temizliği her gün bir kez yapılır.
- Dezenfektörün iç çemberi, sepet rayları, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
- Deterjan giderilene kadar aynı bölgeler bezle durulanır.
- Süzgeç ve sepet rayı temizlenip yerine yerleştirilir.
- Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir.
- Kontrol panelinin gösterge bölümü bastırılmadan suyu iyice sıkılmış bez ile silinir.
- Cihazın dış yüzeyi metal parlaticı ile parlatılır.
- Yükleme arabaları her gün deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir, durulanır ve kurulanır.
- Temizlik sonrasında "**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda**" yer alan tıbbi cihazların temizliği bölümü doldurulur.

Sterilizatörlerin(otoklav) temizliği

Gerekli malzemeler: Ilık su, deterjan, yumuşak bez, özel temizleme pedi, metal parlaticı.

- Otoklavların temizliği haftada bir kez yapılır.
- Temizlik işlemi cihaz soğukken yapılır.
- Kazanın iç çemberi, sepet rayı, deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir.
- Gerekirse temizleme pedi ile ovulur.
- Kapı contalarına ıslak bez temas ettirilmez.
- Bir bez ile deterjanı giderilecek şekilde durulanır.
- Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir.
- Kontrol panelinin gösterge bölümü bastırılmadan suyu iyice sıkılmış bez ile silinir.
- Cihazın dış yüzeyi metal parlaticı ile parlatılır.
- Yükleme arabaları, deterjanlı ılık su ile silinir, durulanır, kurulanır.
- Temizlik işlemi sonrası "**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda**" yer alan tıbbi cihazların temizliği bölümü doldurulur.
- Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt / plastik poşet seçilir.
- Kağıt / plastik poşet malzemeye uygun boyutta kesilir.
- Paket açma yönünün aksi tarafı makine yardımı ile yapıştırılarak malzeme konulmaya hazır hale gelir.



EGE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE
BULUNAN TIBBİ CİHAZLARIN TEMİZLİĞİ
TALİMATI**

Doküman Kodu	SSH.TL.11
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	2 / 3

- Malzeme içine konulduktan sonra açık olan kısım makine yardımı ile yapıştırılır.
- Küçük müdahale birimlerinde kullanılacak tüm paketler çift paket yapılır.
- Diğer birimlerde kullanılacak alet ve malzemeler ağırsa veya birden fazla ise çift kat paketleme yapılır.
- Paket yapılan aletin özelliğinin kapatılmamasına dikkat edilir.
- Her pakete kimyasal indikatör konur.
- Paket yapıldıktan sonra paket kapatılır.
- Paketin arka kısmına steril edildiği tarih ve paketleyen kişinin bilgileri yazılır.

Kağıt kesme ve kapatma makinasının temizliği

Gerekli malzemeler: Ilık su, deterjan, yumuşak bez, metal parlaticı.

- Cihazın temizliği her gün bir kez yapılır.
- Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
- Deterjanı giderilene kadar durulanır ve kurulanır.
- Kontrol paneli iyice sıkılmış bez ile bastırmadan silinir, durulanır ve kurulanır.
- Cihazın dış yüzeyi metal parlaticı ile parlatılır.
- Temizlik işlemi sonrasında "**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda**" yer alan tıbbi cihazların temizliği bölümü doldurulur.

Ultrasonik yıkama makinası temizliği

- Cihaz fişten çekilir.
- Cihazın arka kısmındaki su, gider vanası açılarak boşaltılır.
- Solüsyon haznesi yıkanır.
- Cihaz yüzey dezenfektanı ile silinir.
- Temizlik işleminden sonrasında "**Merkezi sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda**" yer alan tıbbi cihazların temizliği bölümü doldurulur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Genel Temizlik Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formu